



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN
LIST OF ACCREDITED TESTS

(Kèm theo quyết định số: /QĐ - VPCNCL ngày tháng 04 năm 2024
của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng)

Tên phòng thí nghiệm: **Ban Bảo dưỡng sửa chữa - Trung tâm hiệu chuẩn và thử nghiệm thiết bị**

Laboratory: **Maintenance Division - Equipment testing and calibration center**

Tổ chức/Cơ quan chủ quản: **Công ty Cổ Phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn**

Organization: **Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company**

Lĩnh vực thử nghiệm: **Cơ**

Field of testing: **Mechanical**

Người quản lý: **Trần Tấn Chức**

Laboratory manager:

Số hiệu/ Code: **VILAS 754**

Hiệu lực công nhận/ *Period of Validation:* **Kể từ ngày /04/2024 đến ngày 29/02/2027**

Địa chỉ/ *Address:* **208 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam**

Địa điểm/ *Location:* **Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam**

Điện thoại/ *Tel:* **(+84-55) 3616 666 (Ext 8021)** Fax: **(84-55) 3616 555**

E-mail: **chuctt@bsr.com.vn** Website: **www.bsr.com.vn**

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN*LIST OF ACCREDITED TESTS***VILAS 754****Lĩnh vực thử nghiệm: Cơ***Field of testing: Mechanical*

TT	Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested	Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests	Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement	Phương pháp thử/ Test method
1.	Van dùng trong công nghiệp <i>Valves use in the Industries</i>	Thử khả năng chịu áp lực <i>Hydrostatic seat test</i>	(1 ~ 600) bar	MNT-PRO-ECC-012/WI-007 (22/02/2022) API 598:2009
2.		Thử kín <i>Seat tightness pressure test</i>	(1 ~ 600) bar	012/WI-007 (22/02/2022) API 527:2014
3.	Van an toàn <i>Safety Relief Valve</i>	Thử áp suất mở <i>Pop-up pressure test</i>	(-0,5 ~ 600) bar	MNT-PRO-ECC-012/WI-006 (22/02/2022) API 576:2009
4.		Thử kín <i>Seat tightness pressure test</i>	(-0,5 ~ 600) bar	MNT-PRO-ECC-012/WI-006 (22/02/2022) API 527:2014

Ghi chú/ *Note:*- API: *American Petroleum Institute*- MNT-PRO-ECC-012/WI-aaa: Phương pháp thử nội bộ/ *Laboratory's developed method*

- Trường hợp Ban Bảo dưỡng sửa chữa - Trung tâm hiệu chuẩn và thử nghiệm thiết bị cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn thì Ban Bảo dưỡng sửa chữa - Trung tâm hiệu chuẩn và thử nghiệm thiết bị phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này./ *It is mandatory for the Maintenance Division - Equipment testing and calibration center that provides the calibration services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service.*

