



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN (SỐ 1)

LIST OF ACCREDITED TESTS (No 1)

(Kèm theo quyết định số: /QĐ - VPCNCL ngày tháng 11 năm 2024  
của Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng)

Tên phòng thí nghiệm: **Tổ quan trắc Môi Trường Lao Động**

Laboratory: **Workplace Environmental Monitoring Laboratory**

Cơ quan chủ quản: **Viện Y Tế Công Cộng Thành phố Hồ Chí Minh**

Organization: **Institute of Public Health**

Lĩnh vực thử nghiệm: **Hóa**

Field of testing: **Chemical**

Người quản lý/  
Laboratory manager: **TS. Đặng Văn Chính**

Số hiệu / Code: **VILAS 219**

Hiệu lực công nhận/  
period of validation: **từ ngày / 11 /2024 đến ngày 21/07/2026**

Địa chỉ / Address: **159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh**

Địa điểm / Location: **159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh**

Điện thoại/ Tel: **028 38 559 503** Fax: **028 38 563 164**

E-mail: **phongquanlyiso@iph.org.vn** Website: **www.iph.org.vn**

**DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN (SỐ 1)***LIST OF ACCREDITED TESTS (No 1)***VILAS 219****Tổ quan trắc Môi trường lao động*****Workplace Environment monitoring Laboratory***Lĩnh vực thử nghiệm: **Hóa***Field of Testing: Chemical*

<b>TT</b>	<b>Tên sản phẩm, vật liệu thử <i>Materials or products tested</i></b>	<b>Tên phép thử cụ thể <i>The Name of specific tests</i></b>	<b>Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo <i>Limit of quantitation (if any)/range of measurement</i></b>	<b>Phương pháp thử <i>Test methods</i></b>
1.	<b>Môi trường không khí nơi làm việc <i>Workplace Air Environment</i></b>	Nhiệt độ (x) <i>Measurement of temperature</i>	18 <sup>0</sup> C ~ 40 <sup>0</sup> C	TCVN 5508:2009
2.		Ẩm độ (x) <i>Measurement of Humidity</i>	(40 ~ 85) %	TCVN 5508:2009
3.		Tiếng ồn (x) <i>Measurement of Noise level</i>	(30 ~ 115) dBA	TCVN 9799:2013
4.		Tốc độ gió (x) <i>Wind of speed</i>	(0,1 ~ 2,5) m/s	TCVN 5508:2009
5.		Ánh sáng (x) <i>Lighting</i>	(50 ~ 2000) lux	ISO 8995-1:2002
6.		Bức xạ ion hóa (x) <i>Ionizing radiation</i>	(0,2 ~ 30,0) μSv/h	HD.PP.21/ SKMT.MTLĐ:2019

**Ghi chú /Note:**

- HD.PP. Phương pháp do phòng thử nghiệm xây dựng/ *laboratory developed method.*
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/ *Vietnamese National Standards*
- (x): Các chỉ tiêu đo tại hiện trường/ *test outside*

Trường hợp Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ *If It is mandatory for Institute of Public Health (HCM city) that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service.*