



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN (Số 1)

LIST OF ACCREDITED TESTS (No 1)

(Kèm theo quyết định số/attachment with decision: /QĐ-VPCNCLQG
ngày tháng 02 năm 2026 của giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia
/of BoA Director)

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Đo lường Hiệu chuẩn
Laboratory: *Measurement & Calibration Laboratory*

Tổ chức /Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH giải pháp kiểm định Việt Nam
Organization: *Vietnam Inspection Solutions Co., Ltd*

Số hiệu/ Code: VILAS 431

Chuẩn mực công nhận
Accreditation criteria ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực: Điện – Điện tử
Field: *Electrical - Electronic*

Người quản lý: Nguyễn Trọng Quốc Khánh
Laboratory manager:

Hiệu lực công nhận
Period of Validation: Kể từ ngày / 02/2026 đến ngày /02/2031

Địa chỉ: 60 Võng Thị, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: *60 Vong Thi streeet, Tay Ho ward, Ha Noi city*

Địa điểm: 60 Võng Thị, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Location: *60 Vong Thi streeet, Tay Ho ward, Ha Noi city*

Điện thoại/ Tel: (024) 3 8362 117

Email: info@visco.com.vn

Website: www.visco.com.vn

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN (Số 1)*LIST OF ACCREDITED TESTS (No 1)***VILAS 431****Lĩnh vực thử nghiệm: Điện – Điện tử***Field of testing: Electrical - Electronic*

TT	Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ <i>Materials or product tested</i>	Tên phép thử cụ thể/ <i>The name of specific tests</i>	Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo <i>Limit of quantitation (if any)/range of measurement</i>	Phương pháp thử/ <i>Test method</i>
1.	Thiết bị kiểm tra dòng xoáy <i>Eddy current testing instrument</i>	Kiểm tra tuyến tính ngang và tuyến tính dọc <i>Checking for horizontal linearity and vertical linearity</i>	Sai số nhỏ hơn 1% của dải đo <i>Deviation smaller than 1% of measurement range</i>	VISCO/HC/ET-02:2025
2.	Thiết bị kiểm tra bột từ- Loại gông từ <i>Magnetic particle testing-Electromagnetic Yoke</i>	Kiểm tra sức nâng <i>Checking for lift weight capability</i>	4,5 kg (AC) Khẩu độ/ <i>Adjustable leg span: (50~150) mm</i>	VISCO/HC/MT-01:2026 (Ref. ASTM E 1444/E1444M-21 – Clause 7.4.4)
3.	Thiết bị siêu âm dò khuyết tật <i>Ultrasonic Flaw Detector</i>	Kiểm tra tuyến tính ngang và tuyến tính dọc <i>Checking for horizontal linearity and vertical linearity</i>	Tuyến tính ngang/ <i>Horizontal Linearity: 500 mm</i> Tuyến tính dọc <i>Vertical Linearity: 100 dB</i>	VISCO/HC/UT-02:2023 (Ref. ASTM E 317-21, Clause 6.2 & 6.3) VISCO/HC/UT-03:2023 (Ref. ISO 22232-1:2020, Clause 9.4)

- VISCO/HC: Quy trình do PTN xây dựng/ *Laboratory's developed procedures*

Trường hợp Công ty TNHH giải pháp kiểm định Việt Nam cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa thì Công ty TNHH giải pháp kiểm định Việt Nam phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ *It is mandatory for Vietnam Inspection Solutions Co., Ltd that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service./*

