DANH MỤC PHÉP HIỆU CHUẨN NỘI BỘ ĐƯỢC CHẤP NHẬN

LIST OF ACCEPTED INHOUSE CALIBRATION

(Kèm theo Quyết định số/ Attachment with decision: 2571 ***/QĐ–VPCNCLQG***

ngày 25 ***tháng 9 năm 2026 của Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia/ of BoA Director)***

Tên phòng thí nghiệm:	**Intertek Testing Services (Cambodia) Company Limited**
Laboratory:	***Intertek Testing Services (Cambodia) Company Limited***
Tổ chức/ Cơ quan chủ quản:	**Intertek Testing Services (Cambodia) Company Limited**
Organization:	***Intertek Testing Services (Cambodia) Company Limited***
Số hiệu/ *Code*:	**VILAS 634**
Chuẩn mực công nhận/ *Accreditation criteria*	**ISO/IEC 17025:2017**
Lĩnh vực thử nghiệm:	**Đo lường - Hiệu chuẩn**
Field of testing:	***Measurement - Calibration***
Người quản lý: *Laboratory manager:* :	**Mr. Ramon Macaraig Jr.**
Hiệu lực công nhận: *Period of Validation:*	**Kể từ ngày/*from*** *25* **/ 09 / 2026 đến ngày/*to* 04 / 03 / 2030**
Địa chỉ/ *Address*:	**No. 13AC, Street 337, Sangkat Boeung Kak I, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia**
Địa điểm/*Location:*	**No. 13AC, Street 337, Sangkat Boeung Kak I, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia**
Điện thoại/ *Tel*:	**+855 23 885 421**
E-mail:	**ramon.macaraig@intertek.com**
Website:	**www.intertek.com**

DANH MỤC PHÉP HIỆU CHUẨN NỘI BỘ ĐƯỢC CHẤP NHẬN

LIST OF ACCEPTED INHOUSE CALIBRATION

VILAS 634

Lĩnh vực hiệu chuẩn: **Dung tích**

Field of calibration: ***Volume***

TT	Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn *Measurand quantities / calibrated equipment*	Phạm vi đo *Range of measurement*	Quy trình hiệu chuẩn *Calibration Procedure*	Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)[1]/ *Calibration and Measurement Capability (CMC)[1]*
1.	**Autopipette, Micropipette**	(20 ~ 100) µL	TXT-CMP-020 (2022)	2.5 µL

Note:

- TXT-CMP-xxx: *Laboratory-developed calibration procedures*

(1) *Calibration and Measurement Capability (CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed at approximately 95% level of confidence, usually using a coverage factor k=2 and expressed with maximum 2 significant digits./.*

It is mandatory for the Intertek Testing Services (Cambodia) Company Limited that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service.