



# DANH MỤC PHÉP HIỆU CHUẨN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

## LIST OF ACCREDITED CALIBRATION

(Kèm theo quyết định số/attachment with decision: /QĐ – VPCNCL  
ngày tháng 04 năm 2025 của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng/  
of BoA Director)

Tên phòng thí nghiệm: Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm

Laboratory: Quality Control Department

Tổ chức/Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH MTV Hóa chất 21

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Organization: 21 Chemical One Member Limited Liability Company

General Department of National Defence Industry

Lĩnh vực: Đo lường - Hiệu chuẩn

Field: Measurement – Calibration

Người quản lý / Laboratory manager: Nguyễn Thị Khuyên

Số hiệu/ Code: VILAS 231

Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: kể từ ngày / 04 / 2025 đến ngày 28 / 04 / 2030

Địa chỉ/ Address: Xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Địa điểm /Location: Xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại/ Tel: 0210 3865 055

Fax: 0210 3865 054

E-mail: vinapyrotechz21@gmail.com

Web: www.vinapyrotechz21.thv.vn

**DANH MỤC PHÉP HIỆU CHUẨN ĐƯỢC CÔNG NHẬN***LIST OF ACCREDITED CALIBRATION***VILAS 231****Lĩnh vực hiệu chuẩn: Nhiệt***Field of calibration: Temperature*

<b>TT</b>	<b>Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn</b> <i>Measurand/ equipment calibrated</i>	<b>Phạm vi đo</b> <i>Range of measurement</i>	<b>Quy trình kiểm định/ hiệu chuẩn</b> <i>Verification/Calibration Procedure</i>	<b>Sai số lớn nhất cho phép/khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)<sup>1</sup></b> <i>Maximum permissible errors Calibration and Measurement/ Capability (CMC)<sup>1</sup></i>
1.	<b>Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng</b> <i>Liquid-glass thermometer</i>	(0 ~ 100) °C	ĐLVN 20:2019	0,3 °C
		(100 ~ 300) °C		1,0 °C

Ghi chú/Note:

(1) Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC) được thể hiện bởi độ không đảm bảo đo mở rộng, diễn đạt ở mức tin cậy 95%, thường dùng hệ số phủ  $k=2$  và công bố tối đa tới 2 chữ số có nghĩa. *Calibration and Measurement Capability (CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed at approximately 95% level of confidence, usually using a coverage factor  $k=2$  and expressed with maximum 2 significance digits.*

Trường hợp Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/*If It is mandatory for 21 Chemical One Member Limited Liability Company that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service.*